

Łódź, dn. 29.05.2023 r.

Odpowiedzi na pytania zadane przez Bazę konkurencyjności w dn. 25.05.2023 r.

Pytanie nr 1:

- „- Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z możliwością pomiaru saturacji w zakresie 35-100%?
- Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o długości 195 cm?
- Czy Zamawiający dopuści materac do leczenia odleżyn o wysokości min. 11 cm
- Czy Zamawiający dopuści materac do leczenia odleżyn o nośności min. 145 kg?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, iż:

- Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr z możliwością pomiaru saturacji w zakresie 35-100%
- Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy o długości 195 cm
- Zamawiający NIE dopuszcza zmiany parametru wysokości materaca do leczenia odleżyn
- Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy o nośności min. 145 kg

Joanna Sobiech

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie