



Łódź, dn. 17.11.2023 r.

Odpowiedź na pytanie zadane przez Bazę konkurencyjności w dn. 17.11.2023 r.

**Pytanie nr 1:**

„Czy Zamawiający dopuści testy o poniższych parametrach?

- dla testu COVID-19: względna czułość: 97,0%, względna swoistość: 99,3%, ogólna zgodność: 98,9 %
- dla testu Influenza A: względna czułość: 94,3%, względna swoistość: 98,8 %, ogólna zgodność: 98,2 %.
- dla testu Influenza B: względna czułość: 93,9%, względna swoistość: 99,0%, ogólna zgodność: 98,7 %
- dla testu RSV: względna czułość: 91,4%, względna swoistość: 98,8%, ogólna zgodność: 98,4%.?”

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

- dla testu COVID-19: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wartości parametrów względna swoistość oraz ogólna zgodność. W przypadku parametru względna czułość, określona w zapytaniu ofertowym w „Wymagane obligatoryjnie parametry” minimalna wartość to 96,7%, zatem wartość 97,0% jest wartością akceptowalną.
- dla testu Influenza A: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wartości parametrów: względna czułość, względna swoistość oraz ogólna zgodność.
- dla testu Influenza B: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wartości parametrów: względna czułość, względna swoistość oraz ogólna zgodność.
- dla testu RSV: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wartości parametrów: względna czułość, względna swoistość oraz ogólna zgodność.

Joanna Sobiech

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie